

**CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

**ANNO 2018**

**SCHEMA APPARECCHIATURA**

CIVAB (se non presente il codice CIVAB inserire solo la descrizione dell'apparecchiatura)	
DESCRIZIONE APPARECCHIATURA	<b>STRUMENTO RCS AIR SAMPLER MOD.HIGH FLOW Rotore H7800 completo di n.2 batterie e caricabatteria</b>
ID APPARECCHIATURA (n. di inventario o altro numero identificativo univoco dell'apparecchiatura )	<b>INVENTARIO 119187 AL.13/AA.1</b>
MODELLO	RCS HIGH FLOW ID
PRODUTTORE	BIOTEST
MATRICOLA	38398
ANNO STIMATO D'ACQUISTO	2008
VALORE D'ACQUISTO	NON NOTO
PROPRIETA' (indicando se l'apparecchiatura è di Proprietà/NON proprietà)	PROPRIETA'
SCADENZA della GARANZIA (solo per le apparecchiature attualmente in garanzia)	Non in garanzia
NUMERO MEDIO DI GUASTI NEGLI ULTIMI DUE ANNI	0
PRESIDIO presso il quale si trova l'apparecchiatura	LAB. MEDICO via Campigli, 5 ATS VARESE locale 13 (Novembre 2018)
<b>TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RICHIESTO:</b>	
<b>Manutenzione Ordinaria Programmata</b>  L'intervento dovrà riguardare almeno: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo Funzionale / di Prestazione</li> <li>• Pulizia di parti soggette a inquinamenti vari</li> <li>• sostituzione di parti soggette ad usura</li> <li>• <u>Taratura dello strumento</u></li> <li>• aggiustaggio di componenti hardware e software per riportare i parametri funzionali entro i range di funzionamento previsti</li> </ul>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>  Se <b>SI</b> : numero 1 intervento preventivo all'anno
<b>GLP - Good Laboratory Practice</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Manutenzione Correttiva o su guasto</b>  L'intervento consiste in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• accertare la presenza di guasto o malfunzionamento</li> <li>• individuarne la/e causa/e del guasto o malfunzionamento</li> <li>• adottare tutte le misure per garantirne il ripristino delle condizioni normali di funzionamento, compresa la sostituzione di parti soggette ad usura</li> <li>• eseguire una verifica finale della funzionalità e della sicurezza dell'apparecchiatura</li> </ul>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

**Full risk**

Il contratto deve prevedere:

- Un intervento di manutenzione preventiva:
  - Verifica di Sicurezza Elettrica
  - Controllo Funzionale / di Prestazione
  - Pulizia di parti soggette a inquinamenti vari
  - sostituzione di parti soggette ad usura
  - aggiustaggio di componenti hardware e software per riportare i parametri funzionali entro i range di funzionamento previsti
- n. 1 visita GLP, nelle quali si controllano le funzioni operative dello strumento, le tarature e le calibrazioni.
- numero illimitato di visite a chiamata per guasti accidentali sullo strumento, comprendente ore di lavoro, di viaggio, ricambi e minuterie.

SI  NO