

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATO FILTRAZIONE ACQUE OCCORRENTE AL LABORATORIO MEDICO DELL'ATS DELL'INSUBRIA PER IL PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI

CHIARIMENTI

DOMANDA:

Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:

"L'imbuto deve essere fornito dotato di membrana di filtrazione o è richiesto il solo imbuto privo di membrana?

Nel caso sia richiesta anche la membrana, quest'ultima deve essere integrata nell'imbuto o fornita separatamente? Deve essere compatibile con qualche sistema di distribuzione?"

RISPOSTA:

- 1) Si precisa che nella fornitura sono richieste anche le membrane e, pertanto, l'imbuto deve essere fornito dotato di membrana di filtrazione.
- 2) Le membrane utilizzate in Laboratorio non sono integrate nell'imbuto. I nostri dispensatori di membrane sono del tipo: EZ - Pack, codice EZDISP001.

F.to il RUP
dott.ssa Paola Galli
Direttore SC Gestione Acquisti,
Provveditorato-Economato