

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI PURIFICAZIONE ACQUA CON SERBATOI DA 50 LITRI OCCORRENTE ALL'ATS DELL'INSUBRIA.

CHIARIMENTI (SECONDA PARTE)

DOMANDA:

Con riferimento alle caratteristiche tecniche minime contenute nell'art.1 Oggetto della lettera di invito per la fornitura di sistemi di purificazione acqua, si sottopongono i seguenti chiarimenti:

1. Viene richiesto un sistema di produzione di acqua di Tipo II dotato di monitoraggio del TOC in linea. Tuttavia, questa caratteristica è tipica dei sistemi di purificazione dell'acqua di Tipo I, utilizzati per applicazioni critiche che necessitano il monitoraggio del parametro del TOC in linea.

Chiediamo pertanto conferma che il sistema richiesto sia per produzione acqua di Tipo II senza il monitoraggio del TOC in linea.

2. Viene indicato l'utilizzo con applicazioni di autoclave e di lavavetreria.

Chiediamo per quale altre applicazioni è destinata la fornitura del sistema di purificazione d'acqua.

3. Viene indicato di fornire un serbatoio dotato di lampada UV battericida priva di mercurio. Si chiede di confermare, anche nell'ottica di favorire la massima partecipazione possibile, che si possa offrire un sistema di purificazione con un controllo batterico alternativo con lampada UV al mercurio ma che rispetti comunque i requisiti richiesti dell'acqua prodotta.

RISPOSTA:

Si indicano di seguito le risposte ai quesiti:

1. si conferma il requisito del monitoraggio del TOC
2. altre applicazioni: biologia molecolare e preparazione terreni di coltura
3. è possibile offrire un sistema di purificazione alternativo alla lampada battericida priva di mercurio.

F.to il RUP
dott.ssa Paola Galli
Direttore SC Gestione Acquisti,
Provveditorato-Economato